

 Ministerio de Salud Pública	FICHA TÉCNICA DNES
CÓDIGO DNES N°	MON-19-R02
FECHA VIGENCIA:	17/05/2017
REVISIÓN:	SEGUNDA
DATOS GENERALES	
NOMBRE GENÉRICO	Monitor de Presión Intracraneal PIC
TIPO	Equipo biomédico
DEFINICIÓN	Equipo para medición de presión intracraneal para cuidados críticos
DEPENDENCIAS PARA USO EN	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
ATRIBUTO	VALOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Pantalla	Requerido
Parámetros a medir	Mínimo: PIC y temperatura
Visualización	Valor medido y amplitud de onda de la presión intracraneal
	Valor medido de la temperatura
Rango de medición	Presión intracraneal: dentro del rango -40 a \geq 100 mmHg
	Temperatura: dentro del rango 20 a 45°C (\pm 5°C)
Interconexión	Capacidad de extraer datos a PC
Almacenamiento	Permite almacenar los registros monitoreados
Alarmas	Audibles y/o visuales para los parámetros monitoreados
Accesorios	Un (1) catéter intraventricular para presión intracraneal (PIC)
	Un (1) cable conector o sensor de temperatura
	Un (1) cable extensor de catéter
	Un (1) cable para transmisión de datos a PC
	Una (1) Batería auxiliar (opcional)
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	Voltaje de alimentación: VAC 110 - 115 V, 60 Hz.
Instalaciones / Infraestructura	N.A.
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 13485.
Mantenimiento Preventivo	Según recomendación del fabricante
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.