



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

CÓDIGO PIFEMEFS Nº	NEV-02-R01
FECHA VIGENCIA:	16-may-13
NÚMERO REVISIÓN:	PRIMERA
DATOS GENERALES	
NOMBRE GENÉRICO	Nevera para el transporte de muestras de laboratorio
DEFINICIÓN	Contenedor diseñado para el transporte de muestras biológicas a temperatura controlada
ATRIBUTO	VALOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. Características Técnicas	1.1. Contenedor hermético e isotérmico, de material duro y resistente a golpes
	1.2. Contenedor opaco a la luz
	1.3. Con estructura de doble pared
	1.4 En su interior debe presentar divisiones compartimentadas para protección de contenido y paredes con superficie de aislamiento térmico
	1.5. Facilidad de limpieza y desinfección.
	1.6. Con la posibilidad de mantener la temperatura entre los rangos de - 15 °C a 8°C programable, por un tiempo mínimo de 12 horas.
	1.7. Con termómetro que me permita controlar visualmente la temperatura de transporte.
	1.8. Aprobado para una presión interna de mínimo 95kPa
	1.9 Con Jaladeras que permitan facilidad en el transporte
	1.10. Dimensiones mínimas aproximadas: 24 cm X 30 cm X 30 cm
2.- Accesorios	2.1. Rejillas para tubos
	2.2. Tarjetero para identificación del centro de extracción
	2.2. Bolsas isotérmicas para protección de las gradillas
	2.4. Pastillas o moldes conservadores de frío
3. Consumibles	N/A
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	N.A
Garantía técnica fabricante	Garantía de dos años contra defectos de fabrica
Certificados de Calidad del Equipo	Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. Certificación para el transporte de sustancias biológicas: UN 3373.
Mantenimiento Preventivo	Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo del termómetro, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.