



Ministerio  
de **Salud Pública**

**FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO  
CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES**

**CÓDIGO DNES Nº**

**OFT-02-R01**

**FECHA VIGENCIA:**

**14-ene-16**

**NÚMERO REVISIÓN:**

**PRIMERA**

**DATOS GENERALES**

**NOMBRE GENÉRICO**

**OFTALMOSCOPIO INDIRECTO**

**DEFINICIÓN**

Equipo con el cual se estudia la estructura interna del ojo, que consta de una fuente de luz y un visor binocular situados en un casco, proporciona una imagen indirecta respecto a la real en la retina.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ATRIBUTO**

**VALOR**

**Sujección de oftalmoscopio**

Mediante cinta (casco)

**Ajustes de cinta de casco**

Mínimo en partes: superior frotal y trasera.

**Almohadillas**

Almohadillas en parte superior frotal y trasera.

**Iluminación**

Mínimo 1800 lux

**Controles mínimos**

Para selección de abertura

Para selección de filtro

Para control de ángulo y altura de espejo

**Bloque óptico**

Binocular

**Barrera**

IR y UV

**Duración de batería**

Mínimo 1 hora

**Accesorios**

Cargador para baterías

**Energía / Alimentación**

Baterías

**Certificados de Calidad**

FDA o CE.

**Garantía técnica fabricante**

Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

**Mantenimiento Preventivo**

Cada seis meses deberá dar mantenimiento preventivo.

**Cronograma de mantenimientos preventivos**

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos.