



Ministerio  
de Salud Pública

## FICHA TÉCNICA DNES

**CÓDIGO DNES N°** PAQ-01-R03

**FECHA VIGENCIA:** 06/06/2017

**REVISIÓN:** TERCERA

### DATOS GENERALES

**NOMBRE GENÉRICO** PAQUÍMETRO

**TIPO** Equipo biomédico

**DEFINICIÓN** Equipo que permite calcular la medida del espesor corneal .

**DEPENDENCIAS PARA USO EN** Oftalmología

**ATRIBUTO**

**VALOR**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Captura** Manual y/o automático.

**Pantalla** Para presentación de resultados.

**Número de mediciones** Mínimo 6 por cada ojo.

**Almacenaje** De las mediciones realizadas

**Accesorios** Una (1) Sonda de ultrasonido  
Estuche o cobertor para equipo

### OTRAS ESPECIFICACIONES

**Energía / Alimentación** 110 VAC  $\pm$  10% / 60 Hz

**Instalaciones / Infraestructura** No aplica.

**Garantía técnica fabricante** Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.

**Certificados de Calidad del Equipo** Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA. y/o CE y/o ISO 13485.

**Mantenimiento Preventivo** De acuerdo a recomendación de fabricante.

**Cronograma de mantenimientos preventivos** Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.