

 <p>Ministerio de Salud Pública</p>	FICHA TÉCNICA DNES	
CÓDIGO DNES N°	PAS-01-R04	
FECHA VIGENCIA:	03/01/2017	
REVISIÓN:	CUARTA	
DATOS GENERALES		
NOMBRE GENÉRICO	Pasteurizadora para leche humana	
TIPO	Equipo biomédico	
DEFINICIÓN	Equipo diseñado para eliminar los microorganismos patógenos de la leche humana en bancos de leche.	
DEPENDENCIAS PARA USO EN	Banco de Leche, Donación de Leche.	
ATRIBUTO	VALOR	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS		
Capacidad	Mínimo 20 envases, de volúmen dentro del rango de 120 ml a 300 ml	
Control de temperatura	Digital o analógico	
Tipo de Estructura	En acero inoxidable	
Tipo de bordes del contenedor	Redondeados	
Estabilidad de temperatura	≤ 0,5 °C	
Temperatura de trabajo	Dentro del rango de 60°C a 80°C	
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Energía / Alimentación	110-220 VAC/ 60 Hz	
Instalaciones / Infraestructura	No aplica	
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.	
Certificados de Calidad del Equipo	Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA. y/o CE y/o Normas ISO, o Certificado de calidad	
Mantenimiento Preventivo	Según recomendaciones del fabricante.	
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.	