



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

CÓDIGO DNES Nº PER-04-R01

FECHA VIGENCIA: 10-sep-14

NÚMERO REVISIÓN: PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO Perforador para traumatología

DEFINICIÓN Motor perforador utilizado para cirugías de traumatología.

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas del equipo
1.1 Pieza de mano con gatillo que permita ajuste de velocidad gradualmente y gatillo que para inversión del sentido de la marcha.

1.2 Tapa para pieza de mano

1.3 Mandril para perforación con llave de velocidad mínima 1000RPM

1.4 Acople o adaptador agujas Kirschner

1.5 Acople o adaptador para fresas triples DHS DCS

1.6 Acople o adaptador de sierra oscilante

1.7 Acople o adaptador Trinkle

1.8 Acople o adaptador para fresado intramedular

1.9 Acople rápido de montaje y desmontaje de los instrumentos de trabajo

2. Accesorios
2.1 Baterías recargables

2.2 Cargador para baterías

2.3 Contenedor para almacenaje y esterilización

2.4. Dos (2) juegos de cuatro (4) tamaños de hojas de sierra

2.5. Cuatro (4) Fresas de diferente tamaño

3. Consumibles N.A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación VAC: 110 V -60 Hz

Garantía técnica fabricante Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

Certificados de Calidad del Equipo Certificación CE y/o FDA. Certificación ISO de buenas prácticas de manufactura.

Mantenimiento Preventivo Cada año se deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo adicional en el tiempo de garantía

Cronograma de mantenimientos preventivos Se deberá entregar junto con la oferta.