



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

CÓDIGO PIFEMEFS Nº

POR-04-R01

FECHA VIGENCIA:

07-feb-13

NÚMERO REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Portalavatorio simple rodable metálico

DEFINICIÓN

Porta lavacara simple rodable, febricado en estructura metálica

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Descripción

1.1. Construido íntegramente en acero inoxidable el cual debe cumplir con las normas aisi 304, incluyendo accesorios, pernos, bisagras, soldadura, etc.

1.2. Bastidor tubular de 1" de diámetro y 1.20 mm. de espesor con refuerzos inferiores de tubo de ¾" de diámetro y 1.20 mm. de espesor.

1.3. Estructura montada sobre 04 garruchas de nylon de 2" de diámetro, con eje roscado y cubierta metálica.

1.4. En la parte superior lleva dos aros tubulares de ¾" de diámetro y 1.20 mm. de espesor a fin de sostener los 02 lavatorios, de 340 mm. de diámetro aproximadamente. el borde de cada aro lleva protector de jebe para evitar el ruido.

1.5. Incluye 1 lavatorios de 340 mm. de diámetro aproximadamente, el lavatorio sin costura ni remaches.

1.6. Acabado, satinado (brillante).

1.7. Dimensiones aproximadas: 28 cm (largo) x 34 cm (ancho) x 80 cm (alto)

OTRAS ESPECIFICACIONES

1. Accesorios

No aplica

2. Consumibles

No aplica

3. Energía / Alimentación

No aplica

4. Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

5. Certificados de Calidad del Equipo

ISO

6. Mantenimiento Preventivo

Cada doce meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento revisión, limpieza ajuste y lubricación de las ruedas.

7. Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal tecnico calificado.