



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

CÓDIGO PIFEMEFS Nº

POR-05-R01

FECHA VIGENCIA:

13-feb-13

NÚMERO REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Portalavatorio doble de acero inoxidable con gabinetes

DEFINICIÓN

Carro ideal para transportar soluciones

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas

1.1 Acero Inoxidable tipo 304

1.2 Con estructura tubular de mínimo 1"

1.3 Dos aros para colocar dos palanganas de Acero Inoxidable de mínimo 5 litros

1.4 Entrepañó de lámina de Acero Inoxidable ubicado en la parte inferior

1.5 Base montada sobre cuatro garruchas giratorias

1.6 Dimensiones máximas 28 cm x 80 cm

3. Accesorios

N.A.

4. Consumibles

N.A.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

N.A.

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

Certificados de Calidad del Equipo

Certificaciones FDA y/o CE . Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

Mantenimiento Preventivo

Cada seis meses deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo adicional en el tiempo de garantía

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.