



Ministerio  
de Salud Pública

## FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

**CÓDIGO PIFEMEFS Nº**

REF-02-R01

**FECHA VIGENCIA:**

23-feb-13

**NÚMERO REVISIÓN:**

PRIMERA

### DATOS GENERALES

**NOMBRE GENÉRICO**

Refractómetro para identificar líquidos

**DEFINICIÓN**

Dispositivo óptico especializado para analizar el comportamiento de la refracción de la luz en el medio líquido, para uso en oftalmología.

**ATRIBUTO**

**VALOR**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**1. Características básicas del equipo**

1.1. Refractómetro especial de rango extendido desde 0 hasta 80% Brix.

**2. Accesorios**

N.A

**3. Consumibles**

N.A

### OTRAS ESPECIFICACIONES

**Energía / Alimentación**

Voltaje de alimentación 110 V / 60 Hz

**Garantía técnica fabricante**

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

**Certificados de Calidad del Equipo**

Certificación FDA y/o CE. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

**Mantenimiento Preventivo**

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía

**Cronograma de mantenimientos preventivos**

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos