

 <p>Ministerio de Salud Pública</p>	FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES
CÓDIGO DNES N°	REF-04-R05
FECHA VIGENCIA:	21-sep-15
NÚMERO REVISIÓN:	QUINTA
DATOS GENERALES	
NOMBRE GENÉRICO	Refrigeradora bajo mesa 1 a 10°C, 130-150 L
DEFINICIÓN	Equipo eléctrico que permite almacenar reactivos de laboratorios, medicamentos, vacunas que no requieran congelación, para mantenerlos en una temperatura estable, con sistema de alarmas para aviso de aumento o disminución de temperatura.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ATRIBUTO	VALOR
Control de temperatura	Ajustable, temperatura interna de 2 a 8 °C.
Pantalla	Para visualizar registros de temperaturas.
Estructura interna	De acero inoxidable.
Estructura externa	De acero inoxidable o estructura metálica recubierta con pintura electroestática.
Aislamiento	De poliuretano.
Refrigerante	Equipo libre de CFC's.
Puerta	Una (1) en la parte frontal de acero inoxidable o de vidrio con cerradura.
Capacidad	De 120 a 150 litros.
Alarmas	Para temperaturas altas, temperaturas bajas, puerta abierta, fallo de alimentación eléctrica.
Tecnología	No frost.
Accesorios	Juego de regillas.
	Juego de bandejas.
Energía / Alimentación	VAC: 110, 60 Hz, con toma a tierra.
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo	Certificaciones FDA y/o CE y/o ISO 9001.
Mantenimiento Preventivo	Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.