

 Ministerio de Salud Pública	<b>FICHA TÉCNICA DNES</b>
<b>CÓDIGO DNES N°</b>	REF-06-R08
<b>FECHA VIGENCIA:</b>	06/06/2017
<b>REVISIÓN:</b>	OCTAVA
<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO</b>	Refrigerador Profesional, con capacidad mínima de 560 Litros
<b>TIPO</b>	Equipo de biomédico
<b>DEFINICIÓN</b>	Equipo para enfriar y conserva material para evitar la descomposición de los mismos.
<b>DEPENDENCIAS PARA USO EN</b>	Laboratorio
<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS</b>	
<b>Tipo</b>	Refrigerador profesional de laboratorio
<b>Capacidad</b>	Capacidad mínima de 560 Litros, mínimo 4 estantes
<b>Material</b>	Gabinete y cámara en Acero inoxidable
<b>Rango de Temperatura</b>	Dentro del rango de 1°C a 8° C
<b>Visualización de temperatura de trabajo</b>	Requerido
<b>Estructura de Puerta</b>	puerta en vidrio
<b>Cerradura en puerta</b>	Requerido
<b>Iluminación interna</b>	Requerido
<b>Descongelamiento automático</b>	Requerido
<b>Alarmas de funcionamiento</b>	Requerido
<b>Accesorios</b>	Set de tres (3) bandejas de reposición
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	220 VAC / 60 Hz
<b>Instalaciones / Infraestructura</b>	No aplica
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Certificado de calidad del equipo
<b>Mantenimiento Preventivo</b>	Según recomendaciones del fabricante.
<b>Cronograma de mantenimientos preventivos</b>	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.