



Ministerio  
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO  
CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

**CÓDIGO DNES Nº**

REL-03-R01

**FECHA VIGENCIA:**

30-dic-15

**NÚMERO REVISIÓN:**

PRIMERA

**DATOS GENERALES**

**NOMBRE GENÉRICO**

RELOJ PULSÓMETRO

**DEFINICIÓN**

Reloj capaz de medir con gran precisión las pulsaciones por minuto del paciente.

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**ATRIBUTO**

**VALOR**

**Funciones mínimas**

Hora, fecha, cronómetro, velocidad, distancia.  
Que posea sensor de ritmo cardiaco

**Medida de frecuencia cardiaca**

De forma continua

**Frecuencia cardiaca basada en edad**

Determinación automática

**Pruebas a realizar**

Prueba ortostática

**Accesorios**

Una banda transmisora con sensor de frecuencia cardiaca

**Energía / Alimentación**

Batería

**Garantía técnica fabricante**

Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento