



Ministerio  
de Salud Pública

## FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

**CÓDIGO PIFEMEFS Nº**

**RIN-01-R01**

**FECHA VIGENCIA:**

**30-ene-13**

**NÚMERO REVISIÓN:**

**PRIMERA**

### DATOS GENERALES

**NOMBRE GENÉRICO**

**Rinomanómetro**

**DEFINICIÓN**

Dispositivo médico basado en PC que permite efectuar la medición objetiva de las resistencias de las fosas nasales pudiendo realizar pruebas como Rinomanometría activa anterior y posterior y/o Test de provocación nasal (T.P.N).

**ATRIBUTO**

**VALOR**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**1. Características básicas de la unidad**

- 1.1. Equipo para la valoración objetiva de la resistencia nasal, basal, dilatación, vasoconstricción.
- 1.2. Dispondrá de sistema de calibración.
- 1.3. Operado en sistema de PC en entorno Windows con interface intuitiva
- 1.4. Visualización de los gráficos de Flujo / Presión, Flujo / Tiempo, Presión / Tiempo y Resistencias Fosas durante las pruebas de rin manometría.
- 1.5. Informe configurable y gestión de diferentes bases de datos de pacientes y pruebas.
- 1.6. Diseñado para determinar rangos de flujos de +/- 100, 200, 500 y 1,000 ml/s seleccionados automáticamente con rango de precisión de +/- 5 %
- 1.7. Con frecuencia de muestreo de 10 Hz.
- 1.8. Medición de rangos de presión de 100, 200, 500 y 1,000 Pa seleccionados automáticamente con rango de precisión de +/- 1 %.

**2. Accesorios**

- 2.1. Un (1) Computador personal de última generación.
- 2.2. Un (1) Juego de 20 olivas para adulto y 20 para pediátrico.
- 2.3. Una (1) Mascarilla adulto y pediátrica.
- 2.4. Dos (2) Set de transductores de flujo y presión.
- 2.5. Un (1) Sistema calibrador.

**3. Consumibles**

N.A

### OTRAS ESPECIFICACIONES

**Energía / Alimentación**

Voltaje de alimentación 110 V / 60 Hz

**Garantía técnica fabricante**

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

**Certificados de Calidad del Equipo**

Certificación FDA y/o CE. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación y específicas para equipos médicos.

**Mantenimiento Preventivo**

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía

**Cronograma de mantenimientos preventivos**

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos