



Ministerio  
de Salud Pública

## FICHA TÉCNICA DNES

**CÓDIGO DNES N°**

**RIN-02-R01**

**FECHA VIGENCIA:**

**21/06/2017**

**REVISIÓN:**

**PRIMERA**

### DATOS GENERALES

**NOMBRE GENÉRICO**

**Rinofibroscopio**

**TIPO**

Equipo biomédico

**DEFINICIÓN**

Equipo portátil básico para rino fibroscopias ópticas para intubación con múltiples usos clínicos tanto diagnósticos como terapéuticos

**DEPENDENCIAS PARA USO EN**

Hospital

**ATRIBUTO**

**VALOR**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**Movimiento hacia arriba**

$\geq 150^\circ$

**Movimiento hacia abajo**

$\geq 90^\circ$

**Angulo de visión**

$\geq 90^\circ$

**Longitud de trabajo**

$\geq 350$  mm

**Diámetro externo**

$\leq 3$  mm

**Accesorios**

Un (1) maletín de transporte

Una (1) tapa de ETO o similar

Un (1) test de estanqueidad (pera y manómetro)

Un (1) protector bucal adulto

Un (1) protector bucal pediátrico

Un (1) cable de fibra óptica

Un (1) cepillo largo de limpieza

### OTRAS ESPECIFICACIONES

**Energía / Alimentación**

No aplica

**Instalaciones / Infraestructura**

No aplica

**Garantía técnica fabricante**

Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.

**Certificados de Calidad del Equipo**

Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA. y/o CE y/o ISO 13485.

**Mantenimiento Preventivo**

Según recomendación del fabricante

**Cronograma de mantenimientos preventivos**

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos con referencial de fechas