

FICHA TÉCNICA DNES

CÓDIGO DNES N°	SAC-01-R06
FECHA VIGENCIA:	25/05/2017
REVISIÓN:	SEXTA
DATOS GENERALES	
NOMBRE GENÉRICO	Extractor automático de leche para uso hospitalario
TIPO	Equipo biomédico
DEFINICIÓN	Dispositivo automático que permite extraer leche materna para uso hospitalario.
DEPENDENCIAS PARA USO EN	BANCO DE LECHE, SALA DE LACTANCIA
ATRIBUTO	VALOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Sistema de extracción de leche	Simple o doble
Accionamiento	Eléctrico o electrónico
Parámetros ajustables	Presión (vacío) y velocidad
Velocidad de extracción	Regulada
Presión	Dentro del rango de 0 - 250 mmHg
Control de operación	Mediante panel de control o pantalla
Accesorios	Batería recargable (OPCIONAL)
	Cable de poder
	Soporte de botella biberón
	Soporte móvil (OPCIONAL)
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC/ 60 Hz
Instalaciones / Infraestructura	No aplica
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Certificaciones: FDA. y/o CE y/o Normas Iso
Mantenimiento Preventivo	Según recomendaciones del fabricante
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.