

	Ministerio de Salud Pública	FICHA TÉCNICA DNES	
CÓDIGO DNES Nº		SEL-02-R03	
FECHA VIGENCIA:		03/01/2017	
REVISIÓN:		TERCERA	
DATOS GENERALES			
NOMBRE GENÉRICO		Selladora de plásticos	
TIPO		Mobiliario Clínico	
DEFINICIÓN		Dispositivo automático para el sellado hermético de bolsas de polipropileno-poliéster con base de papel para esterilizar.	
DEPENDENCIAS PARA USO EN		Esterilización.	
ATRIBUTO		VALOR	
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS			
Sistema de sellado		Sellado continuo y avance automático.	
Estructura		Construida en acero inoxidable	
Seguridad		Dispondrá de un sistema para evitar sobrecalentamiento	
Sellado		Ancho de sellado mínimo de 10 mm.	
Pantalla		LED o LCD	
Accesorios		Una bandeja removible apoya bolsas en acero inoxidable	
OTRAS ESPECIFICACIONES			
Energía / Alimentación		120 VAC / 60 Hz	
Instalaciones / Infraestructura		No aplica	
Garantía técnica fabricante		Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.	
Certificados de Calidad del Equipo		Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA. y/o CE y/o ISO 13485 y/o ISO 9001	
Mantenimiento Preventivo		Según recomendaciones del fabricante	
Cronograma de mantenimientos preventivos		Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.	