

 <p>Ministerio de Salud Pública</p>	FICHA TÉCNICA DNES
CÓDIGO DNES N°	SEL-03-R01
FECHA VIGENCIA:	20/11/2017
REVISIÓN:	PRIMERA
DATOS GENERALES	
NOMBRE GENÉRICO	Sellador de bolsas de sangre de mediana capacidad.
TIPO	Equipo biomédico
DEFINICIÓN	Dispositivo para el sellado hermético de tubuladuras de bolsas de sangre o componentes sanguíneos.
DEPENDENCIAS PARA USO EN	Hemocentro, Banco de Sangre.
ATRIBUTO	VALOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Tiempo de sellado	Menor a 15 segundos.
Tipo de sellado	Radiofrecuencia ó calentamiento.
Cabezal de sellado	Mínimo tres (3).
Diámetro de tubos	Dentro de rango de 1 a 7 mm.
Alarmas visibles ó audibles ó indicadores para sellado	Requerido.
Accesorios	Cable de poder.
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz ó Batería
Instalaciones / Infraestructura	No aplica
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA. y/o CE y/o ISO
Mantenimiento Preventivo	De acuerdo a recomendación de fabricante.
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.