



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

CÓDIGO PIFEMEFS Nº

SET-01-R01

FECHA VIGENCIA:

23-feb-13

NÚMERO REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Set de cortinaje de separación con porta suero

DEFINICIÓN

Set completo de sistema de cortina de riel para separación de pacientes con porta suero

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas del equipo

1.1. Sistema de Biombo - cortina de techo para separación de enfermos.

1.2. Montado sobre sistema de riel de aluminio para anclaje en techo.

1.3. Se incluirá cortina de tela plastificada, desmontable y lavable.

1.4. Soporte de sueros para anclar al raíl lineal o en soporte rodado, fabricado en acero inoxidable.

1.5. Si es soporte rodado la peana será en acero inoxidable de la misma calidad que el soporte e incluirá mínimo 4 colgadores.

1.6. Si es con sistema de gancho o tubo descolgable conforme modelo con mínimo cuatro colgadores de suero

1.7. Largo aproximado del brazo porta suero colgante entre 40 -60 cm

2. Accesorios

2.1. Un set de dos (2) ganchos de repuesto fácilmente montables en el tubo o raíl

3. Consumibles

N.A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

N.A

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

Certificados de Calidad del Equipo

Certificaciones FDA y/o CE . Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

Mantenimiento Preventivo

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo adicional en el tiempo de garantía

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.