



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

CÓDIGO PIFEMEFS Nº

SET-02-R01

FECHA VIGENCIA:

30-ene-13

NÚMERO REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Set de audiometría infantil y campo abierto para cabina

DEFINICIÓN

Sistema de dispositivos para el diagnóstico y manejo clínico ambulatorio de problemas relacionados con audiometría en pacientes pediátricos

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas de la unidad

1.1. Sistema de refuerzo visual para audiometría que consta de una caja con un altavoz integrado y un muñeco accionable.

1.2. Accionado mediante un pulsador.

1.3. Para uso en niños de entre dos y seis años aproximadamente.

1.4. Equipado con altavoz que va conectado directamente a la salida de altavoz del audiómetro con amplificador o del amplificador externo.

1.5. Manejado manualmente por un pulsador de respuesta.

1.6. Velocidad regulada mediante un potenciómetro.

1.7. Intensidad de salida máxima: 80 dB HL entre 250 Hz-6 kHz y 80 dB SPL entre 125 Hz-8 kHz.

1.8. Sensibilidad 1W a 1 metro de distancia de 90 dB SPL.

1.9. Respuesta frecuencia de 125 Hz a 6 kHz +/- 10 dB.

2. Accesorios

N.A

3. Consumibles

N.A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

Voltaje de alimentación 110 V / 60 Hz

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

Certificados de Calidad del Equipo

Certificación FDA y/o CE. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación y específicas para equipos médicos y cumplimiento de normas IEC 60645-1, IEC 60645-2, IEC 60645-4.

Mantenimiento Preventivo

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos