



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO
CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

CÓDIGO DNES Nº

SIE-01-R02

FECHA VIGENCIA:

24-jul-15

NÚMERO REVISIÓN:

SEGUNDA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Sierra de autopsia con aspiración y filtro EPA

DEFINICIÓN

Sierra médica oscilante para autopsias y con sistema de vacío que retira el polvo y partículas peligrosas en el aire.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO

VALOR

Compuesto por

Unidad de aspiración compacta

Ruedas

Mínimo 4 ruedas para fácil movilidad.

Estructura

Hermética

Protección sobrecargas

Automática

Etapas de filtrado

Mínimo 3 con al menos filtración HEPA

Velocidad de pieza de mano

Regulable

Accesorios

Un (1) juego de cuchillas de corte.

Energía / Alimentación

110~120 V AC, 60 Hz.

Certificados de Calidad

FDA o CE o ISO

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

Mantenimiento Preventivo

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos.