



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO
CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

CÓDIGO DNES Nº

SIL-18-R03

FECHA VIGENCIA:

31-mar-15

NÚMERO REVISIÓN:

TERCERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

Sillón de paciente

DEFINICIÓN

Sillón estándar de visita o paciente, mecánico/hidráulico para descanso.

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características del bien

- 1.1. Estructura metálica de acero inoxidable o de material de alta resistencia resubierto en pintura electrostática y tratamiento anticorrosivo.
- 1.2. Cuatro (4) ruedas de diámetro de 125 mm o más.
- 1.3. Asiento ergonómico acolchado diseñado para el máximo confort del paciente.
- 1.4. Tapizado en material impermeable sintético, antialérgico, de fácil limpieza y desinfección.
- 1.5. Carga de al menos 200 kg.
- 1.6. Respaldo reclinable combinado con la sección de las piernas/pies, todo ello de una forma asistida que garantice un mínimo esfuerzo de movilización.
- 1.7. Apoya brazos extra anchos tapizados o en plástico ABS anatómico.
- 1.8. Brazos desmontables (opcional).

2. Accesorios

2.1 Un (1) juego de tornillos y accesorios de ensamblaje.

3. Consumibles

N/A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

N/A

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del bien.

Certificados de Calidad del Equipo

Certificación ISO o certificación BPM de buenas prácticas de manufactura

Mantenimiento Preventivo

Cada cuatro (6) meses durante el tiempo de garantía, el proveedor deberá dar mantenimiento al bien.

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma referencial de los mantenimientos preventivos y actividades a realizar.