


| | |
|---|---|
|  <p>Ministerio de Salud Pública</p> | FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS |
| CÓDIGO DNES N° | SIL-19-R03 |
| FECHA VIGENCIA: | 20-dic-14 |
| REVISIÓN: | TERCERA |
| DATOS GENERALES | |
| NOMBRE GENÉRICO | Sillón mecánico para descanso |
| DEFINICIÓN | Sillón mecánico reclinable para descanso compuesto por reposa pies y respaldo reclinable. |
| ATRIBUTO | VALOR |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | |
| 1. Características básicas del equipo | 1.1. Fabricado en acero y forrado en material sintético hipoalergénico (El color será elegido por la casa de salud) |
| | 1.2. Con reposa brazos confortables. |
| | 1.3. Dimensiones aproximadas: Ancho 85 cm - largo 1.85cm. |
| | 1.4. Mínimo tres secciones respaldar, asiento y reposa pies. |
| | 1.5. Espaldar reclinable con posicionamiento regulable que alcance la posición horizontal. |
| | 1.6. Forro de alta resistencia al agua y químicos de limpieza. |
| | 1.7. Esponjas internas de calidad que no se deformen. |
| 3. Consumibles | N,A |
| OTRAS ESPECIFICACIONES | |
| Energía / Alimentación | N,A |
| Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años a partir de la recepción del bien. |
| Certificados de Calidad del Equipo | Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación |
| Mantenimiento Preventivo | Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, sin costo adicional en el tiempo de garantía |
| Cronograma de mantenimientos preventivos | Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos |