



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DNES

CÓDIGO DNES Nº SIL-45-R02

FECHA VIGENCIA: 03/01/2017

REVISIÓN: SEGUNDA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO	Silla eléctrica para donante de sangre
TIPO	Mobiliario Clínico
DEFINICIÓN	Equipo que permiten el confort del donante de sangre y facilita el trabajo al personal técnico que realiza la flebotomía; en casos de emergencia permite cambiar de posición al donante y realizar la atención correspondiente.
DEPENDENCIAS PARA USO EN	TOMA DE MUESTRAS, LABORATORIO

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estructura	Acero inoxidable, o esmaltado, o galvanizado, o cromado.
Tipo de movilización	Que disponga de cuatro ruedas o sistema de rodadura escamoteable/retractil
Secciones	Mínimo tres (3): asiento, espaldar y apoya pies con altura regulable
Movimientos	Que permita la posición de trendelemburg y antitrendelemburg
Tapizado	Material de vinilo o similar, antibacterial, y resistente al fuego
Carga a soportar	Superior a 70 Kg
Apoya brazos	Acanalados y regulables en varias dimensiones

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Instalaciones / Infraestructura	No aplica
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA. y/o CE y/o ISO.
Mantenimiento Preventivo	No aplica
Cronograma de mantenimientos preventivos	No aplica