



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

CÓDIGO DNES Nº

SIS-25-R01

FECHA VIGENCIA:

29-ene-15

NÚMERO REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO	Sistema fotodocumentador de Geles
DEFINICIÓN	Sistema completo para foto documentación de alta resolución para geles sobre transiluminador.
ATRIBUTO	VALOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. Características básicas del equipo	1.1. Transiluminador interno de 302 nm o 312 o 365 nm.
	1.2. Iluminación estándar.
	1.3. Filtro para inspección de geles.
	1.4. Cabina de cuarto oscuro
	1.5. Cámara CMOS o CCD de mínimo 5 Mega pixeles.
	1.6. Formato de almacenamiento de imágenes TIFF o JPEG o similar.
	1.7. Lente de mínimo de 6mm.
	1.8. Filtro al menos para EtBr o SYBR o similar.
	1.9. Pantalla LCD integrada al equipo.
	1.10. Teclado táctil o de membrana.
	1.11. Interfaces: Ethernet y/o USB y/o Wifi.
2. Accesorios.	2.1. Memoria USB 8GB
	2.2. UPS para seguridad del equipo
	2.3. Software de análisis de geles, que permita transferencia de datos
	2.4. Computadora o laptop.
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	VAC: 110 V / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento.
Certificados de Calidad del Equipo	Certificación FDA y/o CE. Certificación ISO 9001 para buenas prácticas de fabricación y/o ISO 13485 para equipos médicos.
Mantenimiento Preventivo	Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía.
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas, horas y listado de personal técnico calificado.