



Ministerio
de Salud Pública

**FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO
CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES**

CÓDIGO DNES N° SIS-26-R01

FECHA VIGENCIA: 20-feb-15

NÚMERO REVISIÓN: PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO	SISTEMA DE ELECTROFORESIS HORIZONTAL CON FUENTE
DEFINICIÓN	Sistema de electroforesis horizontal en geles de agarosa para detección de ácidos nucleicos y proteínas
ATRIBUTO	VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características básicas del equipo	1.1 Fuente de poder regulable de hasta 300 v con resolución de 1V
	1.2 Corriente regulable mínimo 500 mA con resolución de 1mA
	1.3 Potencia mínimo 90W
	1.4 Tiempo de corrida programable
	1.5 Capacidad de 4 conexiones simultáneas
	1.6 Pantalla LCD o Display
	1.7 Teclado de membrana
	1.8 Protección de sobre voltaje
	1.9 Cámara de policarbonato con capacidad de correr geles de mínimo de 14 x 16 cm
	1.10 Electrodo de platino resistentes a la corrosión
2. Accesorios	2.1 Prensa ajustable para armado de geles
	2.2 Tres (3) bandejas de geles de diferentes tamaños, adaptables a la cámara
	2.3 Cuatro (4) peines con número y volumen de pocillos variado de acuerdo a la necesidad del hospital
	2.4 Una (1) cámara adicional de iguales especificaciones
3. Consumibles	N/A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	VAC: 110 V / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Garantía de dos años a partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo	Certificación FDA y/o CE (Comunidad Europea). Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.
Mantenimiento Preventivo	Cada seis meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal técnico calificado.