

 Ministerio de Salud Pública	FICHA TÉCNICA DNES
CÓDIGO DNES N°	TER-03-R02
FECHA VIGENCIA:	29/06/2017
REVISIÓN:	SEGUNDA
DATOS GENERALES	
NOMBRE GENÉRICO	Termohigrómetro
TIPO	Equipo biomédico
DEFINICIÓN	Equipo especializado que mide la temperatura y humedad relativa del aire.
DEPENDENCIAS PARA USO EN	Laboratorio, Medicina Transfuncional, Farmacia.
ATRIBUTO	VALOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Parámetros:	Mínimo temperatura y humedad relativa.
Rango de medición temperatura:	Dentro del rango de -30°C hasta 85°C.
Resolución temperatura:	Mínimo 0,1°C
Rango de medición humedad relativa:	Dentro del rango de 0% hasta 100%.
Resolución humedad relativa:	Mínimo 0,1 %
Sensor de temperatura exterior	Requerido.
Pantalla para visualización de temperatura y humedad.	LED ó LCD ó similar.
Transferencia de datos desde el equipo hacia un computador.	Requerido.
Memoria interna.	Requerido.
Accesorios	Una (1) tarjeta de memoria de mínimo 8 GB de capacidad
	Un (1) adaptador de red.
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	Batería.
Instalaciones / Infraestructura	No aplica
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA. y/o CE y/o ISO
Mantenimiento Preventivo	No aplica
Cronograma de mantenimientos preventivos	No aplica