



Ministerio  
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO  
CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS

**CÓDIGO PIFEMEFS Nº**

TIN-01-R01

**FECHA VIGENCIA:**

06-feb-13

**NÚMERO REVISIÓN:**

PRIMERA

**DATOS GENERALES**

**NOMBRE GENÉRICO**

Estereotest para visión a profundidad

**DEFINICIÓN**

Dispositivo visual para evaluar la verificación y apreciación rápida y fácil de la visión binocular y el sentido estereoscópico por imágenes polarizadas. De uso común para la detección de ambliopía y estrabismo.

**ATRIBUTO**

**VALOR**

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**1. Características básicas del equipo**

- 1.1. Compuesto por tres tipos juegos de test visuales incluida la prueba o test de la mosca para detectar estereopsis
- 1.2. Juego de Test circulares desde 800 a 20 segundos de arco
- 1.2. Test de puntos para valoración de agudeza visual estereoscópica
- 1.3. Test de figuras de animales
- 1.4. Set de gafas polarizadas

**2. Accesorios**

2.1. Un (1) juego de gafas polarizadas de relevo

**3. Consumibles**

N.A

**OTRAS ESPECIFICACIONES**

**Energía / Alimentación**

N.A

**Garantía técnica fabricante**

Garantía técnica de 1 años partir de la fecha de aceptación definitiva del set de pruebas

**Certificados de Calidad del Equipo**

Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

**Mantenimiento Preventivo**

N.A

**Cronograma de mantenimientos preventivos**

N.A