

 Ministerio de Salud Pública	FICHA TÉCNICA DNES
CÓDIGO DNES Nº	TON-01-R03
FECHA VIGENCIA:	05/06/2017
REVISIÓN:	TERCERA
DATOS GENERALES	
NOMBRE GENÉRICO	Tonómetro de aire
TIPO	Equipo biomédico
DEFINICIÓN	Equipo para la toma de presión intraocular que utiliza la presión de aire para calcular mediante microprocesador la presión interna del ojo.
DEPENDENCIAS PARA USO EN	OFTALMOLOGÍA
ATRIBUTO	VALOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
Descripción básica	Tonómetro de chorro de aire o no contacto
Mediciones	Presión intraocular(IOP), espesor corneal.
Rango de medición intraocular	Dentro del rango:0-60mmHg
Pantalla	Incorporada, para visualización de resultado.
Sistema automatico para busqueda o alineamiento de enfoque del ojo(auto tracking o Auto alignment)	Incorporado
Ajuste para altura de mentonera	Eléctrica motorizada.
Impresora	Impresora térmica integrada.
Almacenamiento de Datos de paciente	Incorporado
Interface de comunicación	Mínimo USB
Rango de Medición	Requerida
Accesorios	2 rollos de papel térmico para impresora.
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC ± 10% / 60 Hz
Instalaciones / Infraestructura	No aplica
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA. y/o CE y/o ISO 13485.
Mantenimiento Preventivo	De acuerdo a la recomendación del fabricante
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.