



Ministerio  
de Salud Pública

## FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

**CÓDIGO DNES Nº**

TOR-01-R02

**FECHA VIGENCIA:**

20/10/2014

**NÚMERO REVISIÓN:**

SEGUNDA

### DATOS GENERALES

**NOMBRE GENÉRICO**

Torniquete digital

**DEFINICIÓN**

Dispositivo de torniquete eléctrico de lectura digital para isquemia, cirugía bilateral y anestesia regional E.V., con indicadores digitales tipo LED que permiten leer de forma constante la presión actual en el manguito.

**ATRIBUTO**

**VALOR**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**1. Descripción**

1.1. Regulador de presión con límite máximo de 600 mmHg

1.2. Tubuladuras codificadas por código de color conectados directamente al aparato

1.3. Botón de Flush para detectar sangramiento después de la cirugía y para liberar la droga lentamente después de la Anestesia Regional Endovenosa.

1.4. Equipado con sistema de Alarma tanto visual como audible para detectar fugas, y desviaciones de presión bajo voltaje de batería.

1.5. Con reloj digital incorporado para medir tiempo de insuflado.

### OTRAS ESPECIFICACIONES

**2. Accesorios**

2.1. Una (1) batería de respaldo de hasta 4 horas de operación.

2.2. Un (1) soporte rodable con 5 ruedas y cesto para accesorios.

2.3. Un (1) brazalete de 12 pulgadas aproximadamente.

2.4. Un (1) brazalete de 18 pulgadas aproximadamente.

2.5. Un (1) brazalete de 30 pulgadas aproximadamente.

**3. Consumibles**

N.A

**4. Energía / Alimentación**

Voltaje de alimentación : VAC: 110 - 115 V, 60 Hz.

**5. Garantía técnica fabricante**

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

**6. Certificados de Calidad del Equipo**

Certificaciones FDA y/o CE . Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación.

**7. Tiempo de entrega**

Máximo 30 días

**8. Mantenimiento Preventivo**

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo dentro del mantenimiento calibración y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía

**9. Cronograma de mantenimientos preventivos**

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos, con sus respectivas fechas y horas y listado de personal tecnico calificado.