



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DNES

CÓDIGO DNES N°	UNI-06-R03
FECHA VIGENCIA:	05/06/2017
REVISIÓN:	TERCERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO	Unidad de exploración de ORL con microscopio de consulta
TIPO	Equipo biomédico
DEFINICIÓN	Conjunto de dispositivos médicos para exploración clínica e instrumentación básica para uso en ORL apoyada por microscopio binocular de alto desempeño, sistema modular de aspiración, suministro de aire comprimido e iluminación.
DEPENDENCIAS PARA USO EN	Otorrinolaringología

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Estructura	Rodable
Bandejas	Superiores e inferiores, para almacenar instrumental.
Bandeja extraíble	Para instrumental usado
Soportes para equipos y dispositivos	Incorporado
Compresor o generador de aire comprimido	Módulo de aire comprimido
Cargador de batería	Incorporado
Calentador para espejos	Incorporado
Sistema para adaptación para torre de endoscopia	Incorporado
Soporte para papelera	Incorporado
Unidad de aspiración	Mínimo 40 l/min .
Manguera de aspiración	Incorporado
Botella para secreciones	Capacidad mínima 1litro.
Vacuómetro	Con vacuómetro/manómetro con perilla de control
Unidad de fotóforo	Con enfoque ajustable
Fuente de luz	Para conexión directa a endoscopios y laringoscopios.
Unidad de microscopio binocular	Incorporado
Accesorios	Compartimento integrado para colocación de fundas de plástico. Depósito para instrumental y equipos usados.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110 VAC \pm 10% / 60 Hz
Instalaciones / Infraestructura	No aplica
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA. y/o CE.
Mantenimiento Preventivo	Según recomendación del fabricante
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos con referencial de fechas, horas y listado de personal técnico calificado.