



Ministerio
de Salud Pública

FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

CÓDIGO DNES N°

URE-01-R01

FECHA VIGENCIA:

01-dic-14

NÚMERO REVISIÓN:

PRIMERA

DATOS GENERALES

NOMBRE GENÉRICO

URETROTOMO

DEFINICIÓN

Equipo de endoscopia completo y funcional, para tratamiento de estenosis de uretra.

ATRIBUTO

VALOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Características del equipo

- 1.1. Un (1) lente de 0°, 4mm, autoclavable.
- 1.2. Puente de elemento de trabajo pasivo de doble entrada (Succión y aspiración)
- 1.3. Canal para introducción de instrumental
- 1.4. Sistema rotativo de flujo y aspiración continuo de diámetro externo, autoclavable, compuesto por:
 - a) Camisa de 20 o 21 Fr o Charr con obturador estándar.
 - b) Camisa guía con abertura lateral.
- 1.5. Cable de fibra óptica mínimo de 2.3 metros.
- 1.6. Evacuador de vejiga de Ellik o Tommey.

2. Accesorios

- 2.1. Contenedor para esterilización de instrumental
- 2.2. Adaptador para introducción de instrumentos.
- 2.3. Diez (10) Cuchillos media luna para corte.
- 2.4. Diez (10) Cuchillos rectos para corte.
- 2.4. Diez (10) Cuchillos en gancho para corte.
- 1.5 Cable de fibra óptica mínimo de 2.3 metros.

3. Consumibles

N.A

OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación

N.A

Garantía técnica fabricante

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

Certificados de Calidad del Equipo

Certificaciones FDA y/o CE. Certificación ISO para buenas practicas de fabricación.

Mantenimiento Preventivo

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía técnica del fabricante.

Cronograma de mantenimientos preventivos

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivo, con sus respectivos fechas y horas y listado de personal técnico calificado.