



Ministerio  
de Salud Pública

## FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO CLÍNICO Y MOBILIARIO DNES

**CÓDIGO DNES Nº**

URE-02-R01

**FECHA VIGENCIA:**

01-dic-14

**NÚMERO REVISIÓN:**

PRIMERA

### DATOS GENERALES

**NOMBRE GENÉRICO**

URETERO-RENOSCOPIO FLEXIBLE

**DEFINICIÓN**

Equipo de endoscopia flexible completo y funcional para intervenciones de ureter desde el meato uretral en vejiga.

**ATRIBUTO**

**VALOR**

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

**1. Características del equipo**

- 1.1. Un (1) lente de 0°, 4mm, autoclavable.
- 1.2. Puente de elemento de trabajo pasivo de doble entrada (Succión y aspiración)
- 1.3. Canal para introducción de instrumental
- 1.4. Campo de visión mínimo de 85°
- 1.5. Longitud útil del instrumento de trabajo mínimo de 425mm
- 1.6. Sistema rotativo de flujo y aspiración continuo autoclavable, compuesto por:
  - a) Camisa 9-10 Fr o Charr
- 1.7. Evacuador de vejiga de Ellik o Tommey.

**2. Accesorios**

- 2.1. Contenedor para esterilización de instrumental.
- 2.2. Adaptador para introducción de instrumento.
- 2.3. Dos (2) pinzas flexibles de agarre.
- 2.4. Dos (2) Pinzas flexibles de agarre de doble acción dentada.
- 2.5. Seis (6) Canastillas para extracción de cálculos desechables.
- 1.5 Cable de fibra óptica mínimo de 2.3 metros.

### OTRAS ESPECIFICACIONES

**Energía / Alimentación**

N.A

**Garantía técnica fabricante**

Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento

**Certificados de Calidad del Equipo**

Certificaciones FDA y/o CE. Certificación ISO para buenas practicas de fabricación.

**Mantenimiento Preventivo**

Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo y revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía técnica del fabricante.

**Cronograma de mantenimientos preventivos**

Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivo, con sus respectivos fechas y horas y listado de personal técnico calificado.