

| | | | |
|---|---|---------------------------|--|
| | Ministerio de Salud Pública | FICHA TÉCNICA DNES | |
| CÓDIGO DNES N° | VID-08-R02 | | |
| FECHA VIGENCIA: | 12/05/2017 | | |
| REVISIÓN: | SEGUNDA | | |
| DATOS GENERALES | | | |
| NOMBRE GENÉRICO | Nasolaringoscopio digital con torre de video | | |
| TIPO | EQUIPO BIOMÉDICO | | |
| DEFINICIÓN | Equipo de exploración para naso laringoscopia digital con torre de video para reproducción y almacenamiento de imágenes digitales | | |
| DEPENDENCIAS PARA USO EN | OTORRINOLARINGOLOGÍA | | |
| ATRIBUTO | VALOR | | |
| ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | | | |
| Ángulo de campo de visión | Mínimo 80° | | |
| Angulo de flexión | Mínimo 120° hacia arriba y Mínimo 120° hacia abajo. | | |
| Longitud de trabajo útil | Mínimo 200mm | | |
| Accesorios | Requerido. | | |
| Interfaz de comunicación | USB y/o RS-232 y/o HDMI o tecnología similar. | | |
| OTRAS ESPECIFICACIONES | | | |
| Energía / Alimentación | VAC:110V/60HZ | | |
| Garantía técnica fabricante | Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento | | |
| Certificados de Calidad del Equipo | Certificaciones FDA y/o CE y/o UL y/o TUV. Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación. | | |
| Mantenimiento Preventivo | Según lo recomendado por el fabricante. | | |