

**FICHA TÉCNICA DE EQUIPAMIENTO
CLÍNICO Y MOBILIARIO PIFEMEFS**

CÓDIGO PIFEMEFS Nº	VIS-01-R01
FECHA VIGENCIA:	04-ene-13
NÚMERO REVISIÓN:	PRIMERA
DATOS GENERALES	
NOMBRE GENÉRICO	Visor de partículas
DEFINICIÓN	Dispositivo para visualización de partículas a partir del uso de luz polarizada indirecta.
ATRIBUTO	VALOR
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
1. Características básicas del equipo	1.1. Sistema de luz polarizada de inspección para la detección de partículas en líquidos transparentes contenida en ampollas, frascos y botellas. 1.2. Equipado con lupa de inspección provista por el fabricante.
2. Accesorios	N.A
3. Consumibles	N.A
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	Voltaje de alimentación 110 V / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Garantía técnica de 2 años partir de la fecha de aceptación definitiva del equipamiento
Certificados de Calidad del Equipo	Certificación ISO para buenas prácticas de fabricación y/o Certificación para elaboración de instrumentos ópticos especializados.
Mantenimiento Preventivo	Cada cuatro meses deberá dar mantenimiento preventivo, incluyendo revisión de los parámetros de funcionamiento, sin costo adicional en el tiempo de garantía
Cronograma de mantenimientos preventivos	Se presentará en la oferta técnica el cronograma de los mantenimientos preventivos