



DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES Nº:	AGI-02-R06	
REVISIÓN:	SEXTA	
NOMBRE GENÉRICO:	AGITADORES DE LABORATORIO, MAGNÉTICOS	
TIPO:	CON CALEFACTOR	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Material / Visualización / Capacidad	
Material de fabricación de Plato	Aluminio o cerámica termoresistente o acero inoxidable con recubrimiento en cerámica
Perillas o pulsadores de selección regulables	Para temperatura y velocidad de agitación.
Visualizador	Led de seguridad para prevención de quemaduras
	Para temperatura.
Capacidad	≥ 10 litros
Parámetros	
Temperatura	≥ 350°C
Velocidad de agitación	≥ 1100 RPM
Accesorios	
Agitadores	Un (1) juego de agitadores magnéticos sumergibles
Soporte	Dos (2) para sujeción de termómetro y buretas.
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz.
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001