

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES Nº:</b>	<b>AGI-05-R06</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>SEXTA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>AGITADOR DE LABORATORIO</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>VÓRTEX</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización</b>	
<b>Tipo de funcionamiento</b>	Continuo.
<b>Mando de ajuste de velocidad</b>	Requerido.
<b>Velocidad</b>	Dentro de rango de 0 a 3600 rpm.
<b>Interruptor de encendido y apagado</b>	Requerido.
<b>Accesorios</b>	
<b>Cabezal ó soporte</b>	Un (1) cabezal adaptable al equipo.
<b>Cable de poder</b>	Uno (1).
<b>Adaptador(es)</b>	Un (1) juego de adaptador(es) para tubos, según lo requerido por el Establecimiento de Salud.

**OTRAS ESPECIFICACIONES**

<b>Energía / Alimentación</b>	110 VAC / 60 Hz.
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001