

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>AGI-06-R04</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>CUARTA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>AGITADOR DE LABORATORIO</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>ORBITAL PARA TUBOS</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control</b>	
<b>Movimiento Orbital</b>	Requerido
<b>Control de Velocidad</b>	Análogo o digital
<b>Modo de trabajo</b>	Tiempo continuo de operación
<b>Bandeja anti-deslizante de dos secciones</b>	Para Erlenmeyers y frascos de diferentes capacidades
<b>Velocidad Mínima</b>	20 rpm
<b>Capacidad mínima de carga sobre bandeja</b>	≥ 2Kg
<b>Tamaño mínimo de bandeja</b>	23 cm x 21 cm
<b>Accesorios</b>	
<b>Capacidad de frascos</b>	Una (1) Plataforma para 12 frascos de 100 - 150ml
	Una (1) Plataforma para 6 frascos de 200 - 250ml
<b>Cable de poder</b>	Uno (1)
<b>OTRAS ESPECIFICACIONES</b>	
<b>Energía / Alimentación</b>	110 VAC / 60 Hz
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001