

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	AGL-01-R08	
REVISIÓN:	OCTAVA	
NOMBRE GENÉRICO:	AGLUTINOSCOPIO	
TIPO:	SOBREMESA	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Visualización	
Zona de Observación	Acrilico Difuso Blanco o Metracrilato Blanco Traslúcido
Movimiento oscilatorio	Manual
Rango de temperatura	Entre 0°C - 37°C
Tipo de luz	Led
Soporte	Sobremesa
Estructura	Acero inoxidable
Accesorios	
Lámpara de repuesto	Dos (02)
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001 / IEC 60601