

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES Nº:	ANA-15-R05	
REVISIÓN:	QUINTA	
NOMBRE GENÉRICO:	ANALIZADORES, PUNTO DE CUIDADO, DE SANGRE ENTERA, GAS/PH/ELECTROLITO/METABOLITO	
TIPO:	PORTATIL, PARA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Pantalla para visualización de parámetros	Requerido
Parámetros de medición mínimos	pH, Dióxido de carbono, presión parcial (pCO ₂), Oxígeno, presión parcial (pO ₂), Sodio (Na ⁺), Potasio (K ⁺), Calcio Ionizado (Ca ⁺⁺), Glucosa, Hct (Hematocrito)
Parámetros de medición calculados	≥ 5 parámetros calculados.
Tipo de muestra de sangre total	Venosa, arterial o capilar
Volumen de muestra	≤ 210 µl
Tiempo de análisis	≤ 180 segundos
Funcionamiento del equipo	Mediante cartuchos y/o reactivos y/o cassettes.
Calibración de parámetros	Automática y/o manual mediante calibradores.
Almacenamiento de resultados	Requerido
Alarmas visibles y/ó audibles mínimas	
Error de procesamiento de muestra	Requerido
Error de lectura de elemento reactivo	Requerido
Software	
Idioma	Español
Funciones mínimas	Que permita ingresar, buscar, editar e imprimir los datos del paciente
Consumibles	
Cartuchos y/o reactivos y/o cassettes	Para poner en marcha el equipo y poder corroborar cada parámetro solicitado.
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	Batería/s
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001