



MINISTERIO  
DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO  
FICHA TÉCNICA

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	ANA-17-R03
<b>REVISIÓN:</b>	TERCERA
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	ANALIZADORES, FISIOLÓGICOS, DE LA COMPOSICIÓN DEL CUERPO
<b>TIPO:</b>	MEDIDOR DE BIOIMPEDANCIA
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	Desde: 01/01/2018   Hasta: 31/12/2018

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

ATRIBUTO	VALOR
<b>Control / Visualización / Material</b>	
<b>Pantalla</b>	Display o digital o TFT o LED o LCD.
<b>Registro</b>	Datos del paciente: edad, peso, talla, nombre
<b>Conexión a PC</b>	Inalámbrica
<b>Software</b>	Para interpretación de resultados
<b>Frecuencia de medición</b>	≥ 2 frecuencias
<b>Segmentos de medición</b>	≥ 6 segmentos
<b>Capacidad de carga</b>	≥ 250kg
<b>Báscula</b>	Con mango
<b>Mediciones</b>	
<b>Índice de masa corporal (IMC)</b>	Requerido
<b>Índice de masa grasa</b>	Requerido
<b>Masa muscular esquelética</b>	Requerido
<b>Masa grasa</b>	Requerido
<b>Masa magra</b>	Requerido
<b>Vectores de impedancia bioeléctrica</b>	Requerido
<b>Agua corporal total</b>	Requerido
<b>Grasa visceral</b>	Requerido
<b>Accesorios</b>	
<b>Báscula</b>	Una (1)
<b>Pantalla</b>	Una (1)

**OTRAS ESPECIFICACIONES**

<b>Energía / Alimentación</b>	110 VAC / 60 Hz
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / JIS / IEC 60601