

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	ANA-21-R01	
REVISIÓN:	PRIMERA	
NOMBRE GENÉRICO:	ANALIZADORES, PUNTO DE CUIDADO, DE SANGRE ENTERA, COAGULACIÓN	
TIPO:	PORTÁTIL	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control /Visualización de parámetros	
Técnica de funcionamiento	Tira reactiva o elemento reactivo
Parámetros	Mínimo pruebas de Tiempo de Protombina e INR
Tipo de muestra	Sangre capilar, venosa o sangre arterial
Pantalla para visualización de resultados	Requerido
Volumen de la muestra	≤ 20 µl
Almacenamiento de resultados	Requerido
Tiempo de procesamiento	≤ 5 minutos
Control de calidad	Requerido.
Interfaz	USB y/o RS232 y/o Ethernet y/o LAN
Consumibles	
Kit de tiras reactivas ó elemento reactivo	≥ 24 test/prueba.
Accesorios	
Lancetas	≥ Doscientas (200) unidades.
Cargador de baterías	Uno (1) si el equipo lo requiere.
Cobertor	Uno (1) para recubrimiento para el equipo.
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	Baterías para equipo / 110 VAC / 60 Hz para cargador.
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001