

**DATOS GENERALES**

<b>CÓDIGO DNES N°:</b>	<b>APA-09-R06</b>	
<b>REVISIÓN:</b>	<b>SEXTA</b>	
<b>NOMBRE GENÉRICO:</b>	<b>REEDUCADOR</b>	
<b>TIPO:</b>	<b>TOBILLO</b>	
<b>PERIODO DE VIGENCIA:</b>	<b>Desde: 01/01/2018</b>	<b>Hasta: 31/12/2018</b>

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>ATRIBUTO</b>	<b>VALOR</b>
<b>Control / Visualización / Material</b>	
<b>Estructura</b>	Acero: inoxidable, o cromado, o con acabado electrostático.
<b>Soporte de pie</b>	Metálico o madera.
<b>Movilidad de ejes</b>	Cuatro(4): Flexión: plantar, dorsal, inversión y aversión.
<b>Sistema de sujeción de pie</b>	Requerido.

**OTRAS ESPECIFICACIONES**

<b>Energía / Alimentación</b>	No aplica
<b>Garantía técnica fabricante</b>	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
<b>Certificados de Calidad del Equipo</b>	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001 / Excepto en el caso de ser fabricación nacional.