


DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	ARM-07-R03	
REVISIÓN:	PRIMERA	
NOMBRE:	ARMARIO DE SEGURIDAD	
TIPO:	HISTOLOGÍA	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Material	Acero inoxidable o acero galvanizado con pintura electrostática
Ventilación	Requerido
Filtros de ventilación	Requerido
Puertas	Dos (2)
	Lámina de acero o Vidrio con marco de acero
Sistema de seguridad	Requerido
	Alarma
Pantalla	Sugerido
Cajones	≥2
Divisiones internas	Similar a estructura
	Regulables en altura

IMAGEN REFERENCIAL



OTRAS ESPECIFICACIONES

Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz ó 230V 50/60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Que cumpla con alguna de las siguientes normas: FDA y/o CE, y/o ISO