MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO FICHA TÉCNICA	
DATOS GENERALES		
CÓDIGO DNES Nº:	**ASP-02-R12**	
REVISIÓN:	**DÉCIMA SEGUNDA**	
NOMBRE GENÉRICO:	**ASPIRADORES QUIRÚRGICOS**	
TIPO:	**MÓVIL**	
PERIODO DE VIGENCIA:	**Desde:** 01/01/2018	**Hasta:** 31/12/2018
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ATRIBUTO	**VALOR**	
Control/ Visualización / Material		
Partes integradas	Bomba de vacío (motor)	
	Regulador de vacío	
	Vacuómetro	
Soporte de frasco de secreción	Dos (2)	
Base del aspirador	Con cuatro (4) ruedas, ≥ dos (2) de ellas con freno.	
Caudal mínimo de la bomba de vacío	≥ 35 L/min	
Principio de funcionamiento	Mediante diafragma o cilindro - pistón	
	Succión contínua	
Nivel sonoro	≤ 60 dBA	
Panel y/o mandos de control manual y/o pedal	Requerido	
Rango de presión de vacío	≤ 80 mmHg a ≥ 600 mmHg, o su equivalente.	
Accesorios		
Frasco de policarbonato o polisulfona de ≥ 3 litros (graduados, esterilizables, con tapa esterilizable, flotante y trampa)	Dos (2).	
Filtro antibacteriano por frasco	Dos (2).	
Tubo de aspiración con soporte lateral para sujeción	Dos (2).	
Cánulas de succión adulto	10 unidades.	
Cánulas de succión pediátrico	10 unidades.	
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz.	
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.	
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485	