

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO FICHA TÉCNICA

DATOS GENERALES	
CÓDIGO DNES Nº:	ASP-03-R08
REVISIÓN:	OCTAVA
NOMBRE GENÉRICO:	ASPIRADORES PORTÁTIL
TIPO:	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ATRIBUTO	VALOR Control (Windship in Control)
Control/ Visualización / Material	
Partes integradas	Bomba de vacío (motor)
	Regulador de vacío
	Vacuómetro
Soporte de frasco de secreción	Uno (1)
Sistema de transporte	Con manija o asa incorporada
Caudal mínimo de la bomba de vacío	30 L/min
Principio de funcionamiento	Mediante diafragma o cilindro - pistón
Nivel sonoro	≤ 60 dBA
Panel y/o mandos de control	Requerido
Presión de vacío	≥ 600 mmHg, o su equivalente
Accesorios	
Frasco de policarbonato o polisulfona de ≥ 1 litro (graduados, esterilizables, con tapa esterilizable, flotante y trampa)	Dos (2)
Filtro antibacteriano por frasco	Dos (2)
Tubo de aspiración	Dos (2)
Batería con autonomía mínimo una hora (opcional)	Una (1)
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485