



DATOS GENERALES

| | | |
|----------------------|-------------------------------|-------------------|
| CÓDIGO DNES Nº: | AUD-10-R02 | |
| REVISIÓN: | SEGUNDA | |
| NOMBRE GENÉRICO: | AUDIÓMETRO CLÍNICO | |
| TIPO: | CON MÓDULO DE LOGOaudiometría | |
| PERIODO DE VIGENCIA: | Desde: 01/01/2018 | Hasta: 31/12/2018 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ATRIBUTO | VALOR |
|---|---|
| Control / Visualización / Material | |
| Canales independientes | ≤ Dos (2) |
| Diagnóstico | En la vía aérea (AC), vía ósea (BC) y campo libre (SF) |
| Rangos de frecuencia | > 125 Hz |
| Audiometría Tonal | ≤ SISI o Fowler, ABLB, Tone Decay, Test Weber, Békésy, Lüscher (DLI), Tone Pure, Warble tone. |
| Audiometría Vocal | Logoaudiometría |
| Enmascaramiento | Con ruido de banda estrecha (NBN) y ruido blanco o de banda ancha (WN) |
| Tonos | Continuo, pulsado y alternado |
| Modulación de estímulo | Frecuencia modulada |
| Nivel de Intensidad de Estímulo | Vía aérea: en el rango de -10 a 120 dB Vía ósea: en el rango de -10 a 80 dB |
| Atenuador | Resolución de intervalos mínimo de 1dB /5dB |
| Transferencia de información | Interfaz con opción de exportación de datos en XLM y/o PDF al PC |
| Interfaz de datos | Conectividad a computadora mediante puerto USB y/o puerto RS232 |

Accesorios

| | |
|---|--|
| Auriculares | < Dos (2): TDH39 (1) y Alta frecuencia (1) |
| Conductor óseo | Requerido |
| Kit de auriculares para operador con micrófono | Requerido |
| Micrófono de paciente | Requerido |
| CD o Tarjeta SD con el material para logoaudiometría | Requerido |
| Amplificador de potencia para prueba de campo libre (externo o incorporado) | Requerido |
| Computador portátil | Requerido |
| Cable de comunicación con la cabina audiométrica | Requerido |
| Software | Requerido |
| Impresora | Requerido |

OTRAS ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------------------|---|
| Energía / Alimentación | 110 VAC / 60 Hz |
| Garantía técnica fabricante | Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo. |
| Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001 |