



MINISTERIO
DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO
FICHA TÉCNICA

DATOS GENERALES

| | | |
|----------------------|---|-------------------|
| CÓDIGO DNES N°: | AUT-03-R08 | |
| REVISIÓN: | OCTAVA | |
| NOMBRE GENÉRICO: | UNIDAD ESTERILIZADORA, VAPOR DE AGUA, DE MESA | |
| TIPO: | AUTOCLAVE, 20 A 30 LITROS | |
| PERIODO DE VIGENCIA: | Desde: 01/01/2018 | Hasta: 31/12/2018 |

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| ATRIBUTO | VALOR |
|---|--|
| Cámara | |
| Capacidad | De 20 a 30 litros |
| Tipo de material | Acero inoxidable |
| Puerta | |
| Sistema de traba | Requerido |
| Sistema de sellado hermético | Requerido |
| Sistema de seguridad de puerta | Bloqueo de funcionamiento en puerta abierta |
| Sistema de seguridad | |
| Válvula de seguridad para sobrepresión de la cámara | Requerido |
| Sistema de protección de sobretensión | Requerido |
| Sistema de protección eléctrica a sobrevoltajes | Requerido |
| Bloqueo de funcionamiento por bajo nivel de agua | Requerido |
| Visualización | |
| Pantalla de visualización de parámetros | Requerido |
| Parámetros mínimos de visualización | Temperatura, Presión, tiempo de funcionamiento |
| Indicador de bajo nivel de agua | Requerido |
| Alarmas | |
| Indicación de fin de ciclo | Requerido |
| Indicación de falla de operación | Requerido |

| Programas de esterilización | |
|---|---|
| Programa para instrumental | |
| Programa para líquidos | Requerido |
| Número de programas pre-seleccionables | ≥3 |
| Programa de prueba de vacío | Requerido |
| Programa de prueba Bowie & Dick | Requerido |
| Accesorios | |
| Bandejas en acero inoxidable | Dos (2) |
| Impresora para documentar la información del proceso de esterilización | Uno (1) |
| Destilador de agua | Uno (1) |
| Reservorio de agua (en caso que requiera el equipo) | Uno (1) |
| Compresor de aire (en caso de requerir para su funcionamiento) | Uno (1) |
| Regulador o estabilizador de voltaje compatible con el equipo | Uno (1) |
| Consumibles | |
| Número de rollos para impresora del equipo | Tres (3) |
| OTRAS ESPECIFICACIONES | |
| Energía / Alimentación | 110 - 220 VAC / 60 Hz |
| Garantía técnica fabricante | Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo. |
| Certificados de Calidad del Equipo | Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001 |