MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA	DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO FICHA TÉCNICA	
DATOS GENERALES		
CÓDIGO DNES Nº:	**AUT-04-R03**	
REVISIÓN:	**TERCERA**	
NOMBRE GENÉRICO:	**UNIDAD ESTERILIZADORA, VAPOR DE AGUA, DE MESA**	
TIPO:	**AUTOCLAVE, 65 A 85 LITROS**	
PERIODO DE VIGENCIA:	**Desde:** 01/01/2018	**Hasta:** 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	
ATRIBUTO	**VALOR**
Cámara	
Capacidad	De 65 a 85 litros.
Tipo de material	Acero inoxidable.
Puerta	
Sistema de traba	Requerido.
Sistema de sellado hermético	Requerido.
Sistema de seguridad de puerta	Bloqueo de funcionamiento en puerta abierta.
Sistema de seguridad	
Válvula de seguridad para sobrepresión de la cámara	Requerido.
Sistema de protección de sobretemperatura	Requerido.
Sistema de protección eléctrica a sobrevoltajes	Requerido.
Bloqueo de funcionamiento por bajo nivel de agua	Requerido.
Visualización	
Pantalla de visualización de parámetros	Requerido.
Parámetros mínimos de visualización	Temperatura, presión, tiempo de funcionamiento
Indicador de bajo nivel de agua	Requerido.
Alarmas	
Indicación de fin de ciclo	Requerido.
Indicación de falla de operación	Requerido.
Programas de esterilización	
Programa para intrumental	Requerido.
Programa para liquidos	Requerido.
Número de programas pre-seleccionables	≥3
Programa de prueba de vacio	Requerido

Programa de de prueba Bowie & Dick	Requerido
Accesorios	
Bandejas en Acero inoxidable	Dos (2).
Impresora para documentar la información del proceso esterilización	Uno (1).
Descalcificador o ablandador de agua	Uno (1).
Reservorio de agua	Uno (1).
Compresor de aire (en caso de requerir para su funcionamiento)	Uno (1).
OTRAS ESPECIFICACIONES	
Energía / Alimentación	110 -220 VAC / 60 Hz.
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001