

DATOS GENERALES

CÓDIGO DNES N°:	BAÑ-01-R04	
REVISIÓN:	CUARTA	
NOMBRE GENÉRICO:	BAÑO	
TIPO:	CONTRASTE DE EXTREMIDADES INFERIORES	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ATRIBUTO	VALOR
Control / Visualización / Material	
Material de fabricación	Acero inoxidable.
Pozos	Dos (02).
Llenado	Válvula independiente para cada pozo.
Rebosadero	Requerido.
Vaciado	Independiente para cada pozo.
Medidas aproximadas	Largo 90 cm ± 10cm
	Fondo 50 cm ± 10cm
	Altura 50 cm ± 10cm
Niveladores de regatones	Requerido.
Acabados	Bordes redondeados, sin aristas vivas.
	Sin rebabas de soldadura.
Accesorios	
Termómetro	Dos (02), uno para cada pozo.

OTRAS ESPECIFICACIONES

Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001 / Excepto en el caso de ser fabricación nacional.