

FICHA TÉCNICA

CÓDIGO DNES N°:	BAÑ-07-R06	
REVISIÓN:	SEXTA	
NOMBRE GENÉRICO:	BAÑO MARÍA PARA LABORATORIO	
TIPO:	8 A 10 LITROS	
PERIODO DE VIGENCIA:	Desde: 01/01/2018	Hasta: 31/12/2018
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
ATRIBUTO	VALOR	
Control / Visualización / Material		
Estructura interna	Acero inoxidable.	
Capacidad	Dentro de rango de 8 a 10 litros.	
Pantalla para visualización de parámetros.	Requerido.	
Parámetros de control mínimos	Temperatura y tiempo.	
Unidad de medición de temperatura	Grados centígrados (° C).	
Temperatura ambiente	Dentro de rango de 5° C a 100° C.	
Temporizador	≥ 1 min hasta ≤ 99,59 min.	
Alarmas mínimas		
Sistema de seguridad para sobrecalentamiento	Audible o visual.	
Accesorios		
Gradillas	Dos (2) de acero inoxidable para tubos de diferentes capacidades.	
Soporte para tubos de ensayo	Uno (1).	
OTRAS ESPECIFICACIONES		
Energía / Alimentación	110 VAC / 60 Hz	
Garantía técnica fabricante	Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del equipo.	
Certificados de Calidad del Equipo	Al menos una (01) de las siguientes certificaciones: FDA / CE / ISO 13485 / ISO 9001 / IEC 60601	